



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. _____ Prot.,

Tirane, ____ . ____ . 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: **Montal sh.p.k. NIPT: J 62009007 F, Dervish Hima-3, kullat K.3 Ap9/2 Tiranë**

* * *

Procedura e prokurimit: **Prokurim Elektronik – Kerkese per Propozim**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-89866-10-15-2018**

Përshkrim i shkurtër i kontratës **Blerje Ultrasound system 4D (Aparat Ekografike 4D) me fond limit 4.333.333,33 (kater milion e treqind e tridhjetë e tre mije e treqind e tridhjetë e tre leke e tridhjetë e tre qindarka) pa TVSH**

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët + oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Operatori Ekonomik – **MedFau sh.p.k. me NIPT: J93610823R**
Vlera: 3.350.000,00 (tre milion e treqind e pesedhjetë mije) leke pa tvsh.
2. Operatori Ekonomik – **Montal sh.p.k. NIPT: J 62009007 F**
Vlera: 4.100.000,00 (kater milion e njeqind mije) lekë pa tvsh.
3. Operatori Ekonomik – **Pegasus NIPT: J62903750A**
Vlera: 0 (zero) lekë pa tvsh

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Operatori Ekonomik – **MedFau sh.p.k. me NIPT: J93610823R**
Vlera: 3.350.000,00 (tre milion e treqind e pesedhjetë mije) leke pa tvsh.
2. Operatori Ekonomik – **Pegasus NIPT: J62903750A**
Vlera: 0 (zero) lekë pa tvsh

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

I. Operatori Ekonomik – **Pegasus NIPT: J62903750A**

Adresa: -

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al, nga ana e O.E. **Pegasus NIPT: J62903750A**, janë si më poshtë:

- Autorizim per tregtim me shumice te pajisjeve mjekesore
- Bilanci i vitit 2017

O.E **Pegasus NIPT: J62903750A** sh.p.k konkurron për vlerën **0 (zero) lekë pa tvsh.**

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E **Pegasus NIPT: J62903750A**, nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, pervec “Autorizim per tregtim me shumice te pajisjeve mjekesore” dhe “Bilanci i vitit 2017” me dokumentacionin e dorëzuar nga kjo shoqëri nuk plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të përcaktuara në shtojcën 8 e DST.

Përsa me sipër KVO në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë Pegasus NIPT: J62903750A

II. Operatori Ekonomik – **MedFau sh.p.k.** me NIPT: **J93610823R**

Adresa: Lagja 5, Kavaje

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al, nga ana e O.E. **MedFau sh.p.k.** me NIPT: **J93610823R**, janë si më poshtë:

- Deklaratë per permbushjen e kritereve te pergjithshme
- Rregjistri Tregtar nga QKB
- Rregjistri Historik nga QKB
- Deklaratë mbi konfliktin e interesit
- Vertetim nga DPT mbi shlyerjen e sigurimeve shoqerore.
- Formulare nga E-Sig Gusht 2017 – Gusht 2018
- Vertetim nga DPT mbi shlyerjen e tatimeve.
- Curriculum Vitae
- Diplomat e Inxhinierëve (Inxhiere Biomedikal)
- Deklaratë mbi specifikimet teknike
- Deklarate e pergjithshme (malli i ofruar sipas standarteve MDD93/42EEC, çertifikaten, istalimin dhe venien ne pune, plotesimin e pajisjes mjekesore me aksesoret dhe pjeset e konsumueshme paergjate gartancise 2 vjecare, trajnimin e punonjesve, manuallet e perdorimit, manuallet e servisit dhe garanci 2 Vjet)
- Formulari i Ofertës
- Sasia dhe grafiku i lëvrimit per 30 dite

- Vërtetim OSHEE
- Fatura tatimore shitjeje
- Konfirmim faturash te deklaruar ne libra shitjesh nga DPT
- Bilanci i vitit 2016
- Vërtetim xhiro e tre viteve nga tatimet
- Autorizim Prodhuesi “Siemens Healthcare gmbh” Erlangen, Gjermani
- Çertifikate Tuv Siemens
- Çertifikate konformiteti EN-ISO 9001:2015 (shqip – anglisht) me kohezjatje deri ne 15.05.2021
- Çertifikata trajnimi nga Siemens Healthcare per Inxhinieret
- Autorizim per tregtim me shumice te pajisjeve mjekesore
- Kataloget e mallit origjinale dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe (te markuara) per echon
- Kataloget e mallit origjinale dhe te perkthyer ne gjuhen shqipe (te markuara) per sonden e echos
- Certifikate per subjektin per ISO 9001:2015
- Certifikate CE sipas standarteve MDD93/42EEC
- Deklarate konformiteti CE

O.E **MedFau sh.p.k.** me **NIPT: J93610823R** konkurren për vlerën **3.350.000,00** (tre milion e treqind e pesedhjetë mijë) leke pa tvsh.

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E nuk u konstatuan gabime aritmetike.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E **MedFau sh.p.k.** me **NIPT: J93610823R** nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar nga kjo shoqëri plotësohen të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim të përcaktuara në shtojcën 8, 9 e DST, por nuk plotësohen të gjitha specifikimet teknike, si me poshte:

1. Kataloget per paisjen “Ultrasound system, ekografi 4D”, Prodhues Siemens, Model Acuson NX3, Gjermani - *te markuara* – **nuk ploteson** specifikimet teknike sipas DST-se se kerkuar, si me poshte:

- a) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*ka deri ne 172,032 kanale perpunimi*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Te kete mbi 225,000 kanale perpunimi dixhital per perftimin e imazheve me cilesi te larte**”
- b) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*Monitori 21.5 inch, Pjerresimi i monitorit 15 grad larte, 80 grad poshte dhe rrotullimi prej +-80 grad dhe nuk shprtehet per mundesine e rregullimit te temperatures se ngjyrave te ekranit ne te pakten 10 nivele*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Madhesia e ekranit diagonal te jete jo me pak se 23 inch. Rotullim kendor absolut vertikal dhe horizontal te pakten 130°. Mundesi rregullimi i temperatures se ngjyrave te ekranit ne te pakten 10 nivele.**”
- c) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*Kendi I shikimit 178 grad*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Fushepamje e kendit te imazhit deri ne mbi 180° ne varesi te**

protokollit dhe sondes”

- d) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*diapazoni I frekuencave 1.3-12.0Mhz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Pajisja duhet te mundesoje funksionimin ne multi-frekuenca ultrasonike ne diapazonin minimal 2÷18 MHz**”
- e) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, nuk specifikon dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Mundesi zmadhimi gjate skanimit deri ne min.8-here. Mundesi zmadhimi pas skanimit deri ne min.20-here.**”
- f) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*Thellesia e imazhit: 1-30 cm ne increments prej 1.0 cm*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Thellesia e fushes se skanimit duhet te garantohet nga 1cm deri ne minimumi 36 cm**”
- g) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Ekograf i avancuar per aplikimin Obstetri – Gjinekologji**, specifikon “*Perpunimi i sinjalit paralel me shpejtesi kornize deri ne 499 fps (varesi nga dhenesi)*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “**Frekuenca e imazhit frame rate'te jete mbi 600 fps**”
- h) Katalogu i ofruar nga O.E. per **2D**, specifikon “*Matjet e kendit*”, specifikimin e kerkuar “**Kendi i skanimit te jete i ndryshueshem me hapa jo me shume se 5°**”
- i) Katalogu i ofruar nga O.E. per **2D**, specifikon “*Bilanci I fitimit te perzgjedhur nga perdoruesi: 9 harta*”, specifikimin e kerkuar “**Te kete mundesi selektimi per 12 ose me shume harta gri te ndryshme**”
- j) Katalogu i ofruar nga O.E. per **2D**, specifikon “*Zonat fokale te transmetimit: deri ne 4 zona*”, specifikimin e kerkuar “**Te kete filter per reduktimin e artefakteve me min. 5 shkallezime**”
- k) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Color Doppler**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar “**Te garantoje mbi 60000 shkalle ngjyre**”
- l) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Color Doppler**, specifikon “*Frekuencat transmetuese: Deri ne 2 frekuenca te zgjedhshme nga perdoruesi per dhenes*”, specifikimin e kerkuar “**Te kete te mundesi selektimi per min. 3 shkalle frekuencash.**”
- m) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Color Doppler**, specifikon “*Shkalla e shkalles se shpejtesise: +- 0.6 - +-244.4 cm/sec*”, specifikimin e kerkuar “**Shkalla e detektimit te shpejtesise ne interval jo me te vogel se 0.3cm/s deri ne 400cm/s**”
- n) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Color Doppler**, specifikon “*Filter artefakte 4 nivele*”, specifikimin e kerkuar “**Filter per artefaktet e levizjes se eneve te gjakut me te pakten 8 nivele.**”
- o) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Power Doppler**, specifikon “*Gama e shkalla se PRF: 100 deri ne min. 19,500Hz*”, specifikimin e kerkuar “**Shkalla e perseritjes se pulseve: 0.1 deri ne min. 20KHz**”
- p) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Doppler Spektral PW**, specifikon “*Frekuencat transmetuese: deri ne 2 frekuenca te zgjedhshme nga perdoruesi per dhenes*, specifikimin e kerkuar “**Te kete te mundesi selektimi per min. 3 shkalle frekuencash**”
- q) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Doppler Spektral PW**, specifikon “*Gama e shkalla se PRF: 100 deri ne min. 19,500Hz*”, specifikimin e kerkuar “**Shkalla e perseritjes se pulseve: 1 deri ne min. 20KHz**”
- r) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Doppler Spektral PW**, specifikon “*Shkalla e shkalles se*

shpejtesise: +-1.5 deri +-350cm/sec”, specifikimin e kerkuar **“Shkalla e detektimit te shpejtesise ne interval jo me te vogel se 1cm/s deri ne 1600cm/s”**

- s) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Doppler Spektral PW**, specifikon **“Hartat gri pas perpunimit: 8 harta”**, specifikimin e kerkuar **“Te kete mundesi selektimi per 12 ose me shume harta gri te ndryshme”**
- t) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Motion Mode**, specifikon **“Hartat gri: 9 harta”**, specifikimin e kerkuar **“Te kete mundesi selektimi per 12 ose me shume harta gri te ndryshme.”**
- u) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Modalitet 3D/4D**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar **“Frekuenca e skanimit volumetrik maksimal te pakten 45 frame/sekonde”**
- v) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Modalitet 3D/4D**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar **“Cilesia e skanimit 3D/4D e rregullueshme ne te pakten 5 nivele”**
- w) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Modalitet 3D/4D**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar **“Regjistrimi Cine Volumetrik deri ne te pakten 400 volume”**
- x) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Modalitet 3D/4D**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar **“Rrotullimi i imazhit deri ne 360° me shkallezim rreth 1°. Zmadhimi: jo me pak se 4- here”**
- y) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Modalitet 3D/4D**, nuk shprehet, specifikimin e kerkuar **“Te kete mundesi selektimi per te pakten 10 harta ngjyrosje”**
- z) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Sonden dhe aksesore te perfshire**, specifikon **“Sonda CH5-2 gjeresia e bandes se frekuences 1.4-5.0 Mhz, numri I elemnteve 128, fushepamja 66 grad” dhe “Sonda 8F3 frekuenca 2.0-7.0 Mhz, numri I elemneteve 128, fushapamja 67 grad** , specifikimin e kerkuar **“* Sonde obstetrike volumetrike 3D/4D me shkalle frekuence min. 2÷8 MHz me te pakten 190 elemente. Fushepamja minimale 2D: 90°. Fushepamja minimale 3D/4D: 90° x 85°.”**
- aa) Katalogu i ofruar nga O.E. per **Sonden dhe aksesore te perfshire**, nuk shprehet per furnizimin me energjigji elektrike te pavarur me nje UPS qe te perballoje fuqine e plote te sistemit, specifikimin e kerkuar **“•-ultrasound system te furnizohet me energji elektrike nga nje UPS e cila te perballoje fuqine e plote te sistemit, te garantoje furnizim cilesor dhe te stabilizuar me energji elektrike(220V, 50Hz) si dhe te te garantoje pavarasi min 1 ore nga rrjeti energjise elektrike”**

Përসা më sipër KVO, në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqërisë MedFau sh.p.k. me NIPT: J93610823R

* * *

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Montal sh.p.k. NIPT: J 62009007 F, Dervish Hima-3, kullat K.3 Ap9/2 Tiranë**, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **4.100.000,00 (kater milion e njeqind mije) lekë pa tvsh**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **S.U.O.GJ “Mbretresha Geraldine”** kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date **14.11.2018**

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ

