

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Nr</b>	<b>Përshkrimi i Mallrave / Shërbimeve</b>	<b>Specifikimet teknike</b>	<b>Sasia</b>
1	Pllake kerciri anatomike auto kompresive per vida 4.5 mm	Pllaka duhet te kete gjatesi nga 100 mm deri ne 330 mm me nje devijacion +/- 5%	<b>5</b>
2	Pllake femuri anatomike auto kompresive per vida 4.5 mm	Pllaka duhet te kete gjatesi nga 118 mm deri ne 330 mm me nje devijacion +/- 5%	<b>5</b>
3	DHS / DCS	Pllake DHS / DCS jo locking me kende 90, 130, 135, 140, 145, dhe 150 <sup>0</sup> , me gjatesi variable nga 48 mm deri 370 mm me devijacion +/- 5%.	<b>5</b>
4	Pllake fibule	1/3 Tubulare me gjatesi te ndryshme nga 70 mm deri ne 140 mm, me devijacion +/- 5%	<b>5</b>
5	Pllake radiusi dhe ulne	Pllake anatomike Radiusi dhe Ulnë me gjatesi nga 92 mm ne 242 mm per vida 3.5 mm me devijacion +/- 5%. Pllake anatomike distavale volare e majte dhe e djathte me gjatesi 55 mm deri 77 mm me devijacion +/- 5%. Pllake distale ekstra artikulare e majte dhe e djathte me gjatesi 47 mm dhe 67 mm me devijacion +/- 5%	<b>5</b>
6	Vida autofilatante	Vida kortikale auto-filetante 3.5 mm me gjatesi nga 8 mm – 120 mm	<b>50</b>
7	Vida autofilatante	Vida kortikale auto-filetante 4.5 mm me gjatesi nga 12 mm – 150 mm	<b>100</b>
8	Vida autofilatante	Vida Spongiotike auto-filetante 6.5 mm me gjatesi nga 25 mm – 140 mm	<b>10</b>
9	Vida autofilatante	Vida maleolare auto-filetante 4.5 mm me gjatesi nga 20 mm – 120 mm	<b>5</b>