
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

Nr. _____ prot.

Tiranë, më ____ . ____ .2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data: 14.05.2026

**Operatori Ekonomik: “BionicTech” sh.p.k me NUIS M41406021N, Adresa: Tirane Tirane
Rr. Stavri Themeli, ZK 8220, vol.12, fq.23 me nr. Pasurie 8/307-N2**

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: Mall

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë “E Hapur – Mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje
Kuatër me një operator ekonomik fitues, me afat 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj.

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje aksesore për aparat
alkool testues për Policinë Rrugore, për vitet 2026, 2027, 2028” Me Nr REF-79183-03-13-2026.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 17.03.2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: Buletin Nr. 20 datë 24 Mars
2026

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. Operatori ekonomik “Albadent Group” sh.p.k me NUIS L62217032L

1. Vlera e ofertës pa tvsh: 13,666,007.00 (*trembëdhjetë milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shatë*) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(*Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit*)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO **X**

2. Operatori ekonomik, “QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDISIT” sh.p.k me NUIS K92402036A

2. Vlera e ofertës pa tvsh: 16,742,340.00 (*gjashtëmbëdhjetë milionë e shtatëqind e dyzet e dy mijë e treqind e dyzet*) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(*Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit*)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO **X**

3. Operatori ekonomik, “LEL – Medical” sh.p.k me NUIS K81917006T

3. Vlera e ofertës pa tvsh: 18,695,613.00 (*tetëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e trembëdhjetë*) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO X

4. Operatori ekonomik, “KRIJON” sh.p.k me NUIS K12023001A

4. Vlera e ofertës pa tvsh: 19,998,725.13 (nëntëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e njëzet e pesë presje trembëdhjetë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO X

5. Operatori ekonomik, “ALMedical” sh.p.k me NUIS K21511002I

5. Vlera e ofertës pa tvsh: 20,216,375.55 (njëzet milionë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë presje pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO X

6. Operatori ekonomik, “BionicTech” sh.p.k me NUIS M41406021N

6. Vlera e ofertës pa tvsh: 26,229,666.00 (njëzet e gjashtë milionë e dyqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO X

Operator i s'kualifikuar është si më poshtë vijon:

1. Operatori ekonomik “Albadent Group” sh.p.k me NUIS L62217032L

Për arsyet si më poshtë vijon:

1. Operatori ekonomik “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L, me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit per arsyet si me poshte:

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.2.2 të **Kapaciteti ekonomik dhe financiar** pasi nuk ka paraqitur në SPE kopje të çertifikuar të bilancit 2025 i paraqitur pranë autoriteteve përkraese tatimore.
- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, ëbsite) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në pardorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuëshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesorëve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondecës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parashikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.3 OE ka paraqitur autorizim prodhuesi nga kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY”. Referuar këtij autorizimi dhe dokumentacionit bashkëngjitur konstatohet që kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY” është prodhuese për gojza plastike njëpërdorimshëm për aparatet alkool testues, por nuk është prodhues ose distributor i autorizuar i gojzave plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar ne SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L nuk përmbush kriterin 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka dorëzuar **Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.**

Për sa më sipër “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L **skualifikohet.**

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme, në mënyrë që të provohet pajtueshmëria me specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porosites dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtorja e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojëzat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojëzat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiëna

Gojëzat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurt për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtueshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesorëve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parahikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.5 OE ka paraqitur katalog/skedë teknike nga prodhuesi “YUYAO RISING PLASTIC&HARDWARE FACTORY”. Referuar katalogut/skedës teknike që artikulli i paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger por është gojëzë njëpërdorimshme e prodhuesit YUYAO RISING PLASTIC&HARDWARE FACTORY” i cili nuk prodhon gojëza njëpërdorimshme Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar në SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L nuk përmbush kriterin 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka paraqitur **katalog/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.**

Për sa më sipër “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L **skualifikohet.**

➤ Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostren e cila duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike, për artikullin e listuar në DST.*

- *Mostra duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambiente e OBP-së.*

- *Mostra duhet të përputhen me cilësimet e dhëna në specifikimet përkatëse.*

- *Mosparaqitja e mostres është kusht për s'kualifikim”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshme të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuëshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesorëve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parashikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të mostrës së paraqitur nga OE në ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambjentet e OBP-së, konstatohet që mostra e paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger, por është gojëz plastike njëpërdorimshme e prodhuesit “YUYAO RISING PLASTIC&HARDWARE FACTORY”.

Nisur nga mostra e paraqitur dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Albadent

Group”Shpk, NUIS L62217032L nuk përmbush kriterin 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik** pasi mostra e paraqitur nuk është sipas specifikimeve teknike sepse nuk është gojëz plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Për sa më sipër “Albadent Group”Shpk, NUIS L62217032L **skualifikohet**.

2. Operatori ekonomik “QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDISIT” sh.p.k me NUIS K92402036A

2. Operatori ekonomik “QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDISIT” Shpk, NUIS K92402036A, me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit per arsyet si me poshte:

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të dorëzojë **Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin** e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, ëbsite) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porosites dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojëzat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojëzat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtueshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesoreve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parahikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.3 OE ka paraqitur autorizim prodhuesi nga kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY”. Referuar këtij autorizimi dhe dokumentacionit bashkëngjitur konstatohet që kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY” është prodhuese për gojëza plastike njëpërdorimshëm për aparatet alkool testues, por nuk është prodhues ose distributor i autorizuar i gojëzave plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar ne SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që **“Qendra e Monitorimit të Mjedisit” Shpk, NUIS K92402036A** nuk përmbush kriterin 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka dorëzuar *Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.*

Për sa më sipër **“Qendra e Monitorimit të Mjedisit” Shpk, NUIS K92402036A skualifikohet.**

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme, në mënyrë që të provohet pajtueshmeria me specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj*

ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuashmëria me manualin e prodhuesit

Manualët zyrtarë të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesoreve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondecës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parahikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.5 OE ka paraqitur katalog/skedë teknike nga prodhuesi “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY”. Referuar katalogut/skedës teknike që artikulli i paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger por është gojëzë njëpërdorimshme e prodhuesit YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY” i cili nuk prodhon gojëza njëpërdorimshme Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar në SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Qendra e Monitorimit të Mjedisit” Shpk, NUIS K92402036A nuk përmbush kriterin 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka paraqitur **katalog/skedë teknike** për artikujt objekt prokurimi, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Për sa më sipër “Qendra e Monitorimit të Mjedisit” Shpk, NUIS K92402036A **skualifikohet**.

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostren e cila duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike, për artikullin e listuar në DST.
- *Mostra duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambiente të OBP-së.*
 - *Mostra duhet të përputhen me cilësimet e dhëna në specifikimet përkatëse.*
 - *Mosparaqitja e mostres është kusht për s’kualifikim”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon “Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porosites dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :

- Gojëza plastike njëpërdorimshme të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojëzat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtueshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesoreve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parashikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të mostrës së paraqitur nga OE në ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambjentet e OBP-së, konstatohet që mostra e paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger, por është gojëz plastike njëpërdorimshme e prodhuesit “YUYAO RISING PLASTIC&HARDWARE FACTORY”.

Nisur nga mostra e paraqitur dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Qendra e Monitorimit të Mjedisit” Shpk, NUIS K92402036A nuk përmbush kriterin 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik** pasi mostra e paraqitur nuk është sipas specifikimeve teknike sepse nuk është gojëz plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Për sa më sipër “QENDRA E MONITORIMIT TE MJEDISIT” Shpk, NUIS K92402036A **skualifikohet.**

3. Operatori ekonomik “LEL-Medical” sh.p.k me NUIS K81917006T

3. Operatori ekonomik “LEL-Medical” Shpk, NUIS K81917006T, me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit për arsyet si me poshte:

➤ Nuk përmbush kriterin e vecante të kualifikimit, pikën 2, në pikën 1, shkronjen a) pasi nuk ka dhënë asnjë indicie për institucionin (adresën përkatëse) apo dokumentacionin konkret mbi bazën e cilit do të kryhet verifikimi për këto rubrika, në Pjesën II: Shkaqet e përjashtimit A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT, në Formularin e Përmbledhës të Vetdeklarimit, për të gjitha Seksionet përkatëse si mëposhte:

- *Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.*
- *Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.*
- *Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.*

Theksojme që në mbështetje të LPP, Rregullave të Prokurimit Publik dhe qëndrimit të mbajtur nga KPP me anë të vendimit Nr.209/2025, datë 07.02.2025 dhe vendimit Nr 816/2025, datë 27.06.2025, Formulari Përmbledhës i Vetdeklarimit duhet të plotësohet në të gjithë seksionet e saj duke dhënë indicie për institucionin (adresën përkatëse) apo dokumentacionin konkret mbi bazën e cilit do të kryhet verifikimi për këto rubrika.

Për sa më sipër “LEL-Medical” Shpk, NUIS K81917006T **skualifikohet**.

➤ Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme, në mënyrë që të provohet pajtueshmëria me specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit”*

Konkretisht gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE konstatohet që në përmbushje të pikës 2.3.4 OE ka paraqitur certifikatën e konformitetit CE për artikullin me Nr reference 422000426 dhe BUDI-DI 426241469ADCS42Z4, i cili është artikull i prodhuesit “ADCS”, për të cilin ka paraqitur autorizim prodhuesi. Sa më sipër konstatohet që katalogu i paraqitur me logon e “ADCS” nuk është për artikullin me Nr reference 422000426 dhe BUDI-DI 426241469ADCS42Z4, artikull i cili prodhohet nga vetë prodhuesi por është për artikullin Nr reference 6810825, artikull ky që referuar dokumentave të ngarkuar prodhohet nga Dräger, pra rrjedhimisht është paraqitur katalog nga prodhuesi “ADCS”, të cilin nuk e prodhon vetë por e prodhon kompania “DRÄGER”.

Për sa më sipër “LEL-Medical” Shpk, NUIS K81917006T **skualifikohet**.

➤ Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostren e cila duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike, për artikullin e listuar në DST.*

- *Mostra duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambiente të OBP-së.*
- *Mostra duhet të përputhen me cilësimet e dhëna në specifikimet përkatëse.*
- *Mosparaqitja e mostres është kusht për s’kualifikim”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuashmëria me manualin e prodhuesit

Manualët zyrtarë të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesoreve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parashikohen artikuj ekuivalent arrihet

në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të mostrës së paraqitur nga OE në ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambjentet e OBP-së, konstatohet që mostra e paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Nisur nga mostra e paraqitur dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “LEL-Medical” Shpk, NUIS K81917006T nuk përmbush kriterin 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik** pasi mostra e paraqitur nuk është sipas specifikimeve teknike sepse nuk është gojëz plastike njëpërdorimshëm Dräger. Për sa më sipër “LEL-Medical” Shpk, NUIS K81917006T *skualifikohet*.

4. Operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k me NUIS K12023001A

4. Operatori ekonomik “KRIJON” Shpk, NUIS K12023001A, me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit per arsyet si me poshte:

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, website) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij”*

Referuar dokumentacionit të ngarkuar në SPE konstatohet që OE ka paraqitur autorizim distributori nga shoqëria VWR International GmbH e cila referuar këtij dokumenti është rishitës i produkteve alkoltestuese Dräger. Nisur nga kërkimet e kryera në faqen web www.Draeger.de të prodhuesit Dräger konstatohet që shoqëria VWR International GmbH nuk rezulton distributor i produkteve alkoltestuese Dräger dhe gjithashtu operatori ekonomik “KRIJON”Shpk, NUIS K12023001A nuk figuron si rishitës i autorizuar për gojëz plastike njëpërdorimshëm alkoltestues Dräger për Shqipërinë. Nisur nga ky konstatim për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **05.05.20026** kompanisë distributore të autorizuar për territorin e Shqipërisë “**Dräger safety d.o.o**” me kërkesën si vijon *“During the review of the submitted bids, it results that in the above procedure tëo bidders have authorization from the manufacturing company "Dräger", specifically as follows:*

- *The company "Bionictech" shpk, has submitted the authorization dated 18.03.2026 issued by the Area Manager Bosnia and Herzegovina, Albania & Kosovo, "Dräger Safety doo".*
- *The company "Krijon" shpk, has presented the authorization dated 25.08.2025 issued by the company "VËR International GmbH", as well as an authorization issued by the manufacturing company "Dräger", without date, referring to which the company "VWR International GmbH" is an authorized reseller of "Dräger" products.*

Regarding the above, the Bid Evaluation Commission request from you, in your capacity as the manufacturing company, which of the above companies is authorized to resell your products in the territory of Albania”

Në datën 06.05.2026 nëpërmjet përfaqësuesve zyrtarë të tyre kompania “**Dräger safety d.o.o**” ka kthyer përgjigje me përmbajtjen si vijon ***“Hereby we confirm the following with regard to the authorization to offer, sell, and service Dräger products in the territory of Albania:***

- ***Dräger Safety d.o.o., Croatia is the only authorized representative of the manufacturer (Dräger Safety AG & Co. KgaA) for the territory of Albania.***
- ***Bionictech shpk, Albania, is duly authorized to participate in the above-mentioned procurement procedure based on a valid and specific authorization issued by Dräger Safety d.o.o., acting as the manufacturer’s authorized representative for Albania. The relevant authorization letter has already been submitted.***
- ***We confirm that the company “VWR International GmbH” and “Krijon” shpk are not authorized from our side to offer and sell Dräger product in the territory of Albania.***

For clarity and completeness, only authorizations issued directly by the manufacturer or by its officially appointed representative for Albania are valid. In the attachment you can find Should you require any additional clarification or supplementary documentation, please do not hesitate to contact us”.

Gjithashtu bashkëngjitur në email ka vendosur dhe dokumentin me emërtimin “Manufacturer’s authorization” ku shoqëria “Dräger Safety AG&CO” Lubeck konfirmon që i vetmi distributor i autorizuar për shitjen e produkteve Dräger në territoret e Croacisë, Bosnie Hercegovinës, Shqipërisë dhe Kosovës është dega Kroate “**Dräger safety d.o.o**”.

autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi

Nisur nga sa parashtruar arrihet në konkluzionin që operatori ekonomik “KRIJON” Shpk, NUIS K12023001A nuk ka paraqitur autorizim distributori të vlefshëm për tregtimin e produkteve “Dräger” për territorin e Shqipërisë dhe në kështu nuk provohet lidhja e distributorit me prodhuesin “Dräger”.

Për sa më sipër **OE “KRIJON” Shpk, NUIS K12023001A** skualifikohet.

5. Operatori ekonomik “AlMedical” sh.p.k me NUIS K21511002I

5. Operatori ekonomik “AlMedical” Shpk, NUIS K21511002I, me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit për arsye si më poshte:

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.2.2 të **Kapaciteti ekonomik dhe financiar** pasi nuk ka paraqitur në SPE kopje të çertifikuar të bilancit 2025 i paraqitur pranë autoriteteve përkaëse tatimore.
- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të dorëzojë Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, website) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshe të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiëna

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurt për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuëshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesorëve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parahikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.3 OE ka paraqitur autorizim prodhuesi nga kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY”. Referuar këtij autorizimi dhe dokumentacionit bashkëngjitur konstatohet që kompania “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY” është prodhuese për gojëza plastike njëpërdorimshëm për aparatet alkool testues, por nuk është prodhues ose distributor i autorizuar i gojëzave plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar ne SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Almedical”Shpk, NUIS K21511002I nuk përmbush kriterin 2.3.3 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka dorëzuar *Autorizim/Marrëveshje me prodhuesin /distributorin e autorizuar nga prodhuesi për artikujt objekt prokurimi*, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Për sa më sipër “Almedical”Shpk, NUIS K21511002I *skualifikohet*.

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme, në mënyrë që të provohet pajtueshmëria me specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porositës dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshme të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltësuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojezave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojezat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojezat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojezat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurta për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtuëshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesoreve origjinale. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasojë ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parahikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojëzat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të ngarkuar në SPE në përmbushje të kriterit 2.3.5 OE ka paraqitur katalog/skedë teknike nga prodhuesi “YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY”. Referuar katalogut/skedës teknike që artikulli i paraqitur nuk është gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger por është gojëzë njëpërdorimshme e prodhuesit YUYAO RISING PLASTIC&HARDËARE FACTORY” i cili nuk prodhon gojëza njëpërdorimshme Dräger.

Nisur nga dokumentacioni i ngarkuar në SPE dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që

“Almedical”Shpk, NUIS K21511002I nuk përmbush kriterin 2.3.5 të **Kapacitetit Teknik** pasi nuk ka paraqitur **katalog/skedë teknike** për artikujt objekt prokurimi, gojëzat plastike njëpërdorimshëm Dräger.

Për sa më sipër “Almedical”Shpk, NUIS K21511002I **skualifikohet**.

- Nuk përmbush kriterin e vecantë të kualifikimit, pikën 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik**, ku thuhet: *“Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostren e cila duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike, për artikullin e listuar në DST.*
- *Mostra duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambiente e OBP-së.*
 - *Mostra duhet të përputhen me cilësimet e dhëna në specifikimet përkatëse.*
 - *Mosparaqitja e mostres është kusht për s'kualifikim”*

Për një shqyrtim sa më të saktë dhe transparent të procedurës së prokurimit KVO ju drejtua me email në datën **30.04.2026**, autoritetit përfitues Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me kërkesën si vijon *“Duke qenë se kemi të bëjmë me artikuj të posaçëm të cilët duhet të kryejnë matje të sakta dhe në kushtet kur në DT, nuk referohet në specifikime teknike për artikuj ekuivalent, kërkojmë nga ana juaj në cilësinë e autoritetit porosites dhe përdorues të artikullit objekt prokurimi të saktësoni :*

- Gojëza plastike njëpërdorimshë të kërkuara sipas specifikimeve teknike të parashikuara nga ana juaj, duhet të jenë Dräger sic dhe është dhe pajisja në përdorim nga ana juaj apo do të pranohen dhe gojëza plastike njëpërdorimshëm kompatibël?”

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 04.05.2026 nëpërmjet emailit ka paraqitur argumentimin teknik mbi përdorimin e gojëzave alkoltuesuese si vijon:

“Në vijim të komunikimit tuaj lidhur me specifikimet teknike të gojëzave për përdorim me pajisjen në funksion, dëshirojmë të paraqesim argumentimin tonë të detajuar teknik dhe funksional mbi domosdoshmërinë që këto komponentë të jenë origjinale të prodhuesit Dräger dhe jo produkte ekuivalente.

1. Përputhshmëria teknike dhe funksionale (Compatibility)

Pajisja në përdorim është projektuar dhe kalibruar nga prodhuesi për të funksionuar në mënyrë optimale vetëm me komponentët origjinalë. Gojëzat Dräger janë të dizajnuara specifikisht për parametrat e rrjedhjes së ajrit, presionin dhe rezistencën e frymëmarrjes, si dhe ndërveprimin korrekt me sensorët e pajisjes.

2. Saktësia e rezultateve dhe integriteti i matjes

Gojëzat origjinale janë testuar dhe validuar nga prodhuesi dhe garantojnë rrjedhje të kontrolluar të ajrit. Produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

3. Siguria dhe higjiena

Gojëzat prodhohen sipas standardeve ISO dhe CE dhe përfshijnë materiale të sigurt për kontakt me pacientin dhe dizajn me valvul njëdrejtimëshe.

4. Pajtueshmëria me manualin e prodhuesit

Manualet zyrtare të Dräger specifikojnë përdorimin vetëm të aksesorëve origjinalë. Mosrespektimi ndikon në garanci dhe përgjegjësi.

5. Argumenti teknik mbi materialin dhe dizajnin

Materialet e përdorura janë të testuara për kompatibilitet të plotë me pajisjen dhe nuk ndikojnë në përbërjen e ajrit të analizuar.

6. Rreziku operacional dhe ligjor

Përdorimi i komponentëve jo origjinalë cenon besueshmërinë dhe mund të çojë në pasoja ligjore.

Përfundim:

Vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri.”

Referuar korrespondencës së shkëmbyer me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe specifikimeve teknike të parashikuara po nga ky autoritet përfitues dhe përdorues fundor i artikujve objekt prokurimi, specifikime në të cilat nuk parashikohen artikuj ekuivalent arrihet në përfundim që vetëm gojezat origjinale të prodhuesit Dräger janë ato gojëza që garantojnë përputhshmëri të plotë teknike, saktësi dhe siguri dhe gjithashtu produktet jo origjinale mund të çojnë në rezultate të pasakta dhe komprometim të provave.

Gjatë shqyrtimit të mostrës së paraqitur nga OE në ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit në ambjentet e OBP-së, konstatohet që mostra e paraqitur nuk është gojezat plastike njëpërdorimshëm Dräger, por është gojëz plastike njëpërdorimshme e prodhuesit “YUYAO RISING PLASTIC&HARDWARE FACTORY”.

Nisur nga mostra e paraqitur dhe referuar korrespondencës së shkëmbyer me autoritetin përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, KVO gjykon që “Almedical”Shpk, NUIS K21511002I nuk përmbush kriterin 2.3.6 të **Kapacitetit Teknik** pasi mostra e paraqitur nuk është sipas specifikimeve teknike sepse nuk është gojëz plastike njëpërdorimshëm Dräger. Për sa më sipër “ALMedical”Shpk, NUIS K21511002I **skualifikohet**.

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, **operatori ekonomik i mëposhtëm është identifikuar si ofertues i sukseshëm:**

1. Operatori ekonomik , “BionicTech” sh.p.k me NUIS M41406021N

1. 26,229,666.00 (njëzet e gjashtë milionë e dyqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO JO X

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.