



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MIRËQENIES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data: 22.10.2025

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ ose

**“O.E.S DISTRIMED” SHPK me NIPT: K31520054N dhe adrese: Bulevardi Bajram Curri, pallati
"Kastrati", Tirane**

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: MALLRA

Lloji i Procedurës së prokurimit: PROCEDURË E HAPUR MBI KUFIRIN E LARTE MONETAR

Numri i Procedurës /referenca e Lotit 7: REF-60117-09-02-2025

**Përshkrimi i shkurtër i kontratës: LOTI 7 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore Ablacion
Ultrasonik”**

**Fondi limit i Lotit 7: 17,163,333.33 (shtatëmbëdhjetë milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e treqind
e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH.**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 03.09.2025

**Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Buletini Nr. 50 datë 8 Shtator
2025]**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. O.E.S DISTRIMED SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

Vlera: 17,149,000 (shtatëmbëdhjetë milionë e njëqind e dyzet e nëntë mijë) Lekë pa TVSH

K31520054N

Numri i NIPT-t

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. OE “SOLLAKU GROUP” SHPK

L61515014K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: **4,999,999 (katër milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “SOLLAKU GROUP” SHPK

L61515014K

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: **4,999,999 (katër milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk plotësohet kriteri 2.1.1 Kapaciteti profesional:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2. Nuk plotëson Kapaciteti Teknik 2.3.1 pasi furnizimet e ngjashme nuk janë paraqitur për pajisje mjekësore por për pajisje estetike.

3. Nuk plotëson specifikimet teknike sipas pikes 2.3.5 pasi kataloget e paraqitura të prodhuesit Sonicmed Technologies Co., Ltd. nuk janë markuar dhe nuk është qartësuar se cili nga modelet e paraqitura është ofertuar, modeli USI1003 apo Integrated system (USI) pasi nga shyrtimi i katalogeve rezultojnë modele të ndryshme. Asnjëri nga modelet e paraqitura nuk plotëson minimumin e specifikimeve teknike.

- Është kërkuar “Pajisje Ablacioni Ultrasonik i përdorshëm në fusha të ndryshme kirurgjikale, si kirurgjia gastrointestinale, urologjike, e përgjithshme dhe laparoskopike. Për heqjen e tumoreve (beninje dhe malinje), indeve të padëshiruara dhe parenkimës së organeve si mëlçia dhe veshkat, në procedura të hapura apo minimalisht invazive, përfshirë reseksione, hepatektomi, nefrektomi dhe ndërhyrje të tjera të avancuara kirurgjikale” – Nuk janë të indikuara për përdorimin e kërkuar por vetëm për Neurokirurgji.

- Është kërkuar “Ruajtje e integritetit të enëve të gjakut” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Ekran me ngjyra dhe me prekje (touchscreen) me madhësi minimumi 10” – Nuk paraqitet madhësia e ekranit.

- Është kërkuar “Funksion testimi për handpiece me rritje automatike të fuqisë deri në 100%” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Detektim automatik i: Lidhjes së pedalit, Lidhjes së handpiece-it, Vendosies së kartrixhës” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Funksion për mbushjen fillestare të tubave të irrigimi” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Indikator për alarmet.” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Menu ndihmëse me informacion bazik për: Funksionimin, Diagnostikimin.

Montimin/çmontimin e aksesorëve, Pastrimin.” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Të paktën 5 nivele sensitiviteti.” – Nuk është ofertuar.

- Është kërkuar “Amplituda e majës e rregullueshme të paktën 10% në 100%” – Nuk është ofertuar.

- Eshte kerkuar “ Amplitudë Konstante me fuqi shtesë, edhe nën ngarkesë. “ – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Amplituda e majës: $420\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$ “ eshte ofertuar me amplitude $270\mu\text{m}$
- Eshte kerkuar “Irrigimi: i rregullueshëm të pakten në diapazonin 3-20 ml/min “ eshte ofertuar me irrigim maksimal 80 ml/min, por nuk tregon ne cilin diapazon eshte i rregullueshem
- Eshte kerkuar “ Presioni aspirimit: në diapazonin 630-640 mmHg. “ – eshte ofertuar me presion aspirimi $75\text{kPa} = 562.55\text{ mmHg}$ qe eshte me i ulet se ai i kerkuari
- Eshte kerkuar “ Fluksi i aspirimit: i rregullueshëm të paktën në diapazonin 10-100% “ – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Minimumi 2 modalitete aspirimi: Aspirim konstant, Aspirim gjatë aktivizimit të fragmentimit.” – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Të pakten 2 frekuenca pune: 23-24 kHz dhe 35-36kHz. “ – eshte ofertuar me frekuenca pune 30 kHz dhe 40 kHz
- Eshte kerkuar “ Modalitet pritje për pajisjen. “ – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Modul lidhjeje për elektrobisturi ne dorezë “ – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Karakteristikat e pedalit të komandimit: Të ketë të paktën 2 funksione: 1 Aktivizimi i irrigimit, 2 Aktivizimi i amplitudës.” – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “ Dy menyra funksionimi për amplitudën: Ndezur/ fikur - të aktivizohet menjeherë në nivelin e vendosur. Proporcionale-amplituda të rritet në varësi të shtypjes së pedalit. “ – Nuk eshte ofertuar.
- Eshte kerkuar “Teknologji me element piezoelektrik “ – Nuk eshte treguar teknologjia e perdorur.
- Eshte kerkuar “Doreza 23-24 kHz të ketë peshë jo më shumë se 105 gramë “ – frekuenca e ofertuar eshte 30KHz ose 40KHz, nuk ka asnje informacion mbi peshen e dorezes
- Eshte kerkuar “Gjatësia e kabllit: të paktën 4 m”- eshte ofertuar me gjatesi kablli 2.6m
- Eshte kerkuar “Minimumi 4 lloje majash për handpiece 23-24 kHz.”- Mungojne majat per handpiece 23-24Khz
- Eshte kerkuar “Aksesorë të përfshirë: Doreza 23-24 kHz”- nuk eshte ofertuar doreze 23-24kHz
- Eshte kerkuar “Set tubash dhe kartrixh i përshtatshëm për dorezë 23-24 kHz.” – nuk eshte ofertuar
- Eshte kerkuar “Maja standarde për dorezën 23-24 kHz- 1 copë.” - nuk eshte ofertuar
- Eshte kerkuar “Maja e madhe për dorezën 23-24 kHz- 1 copë” - nuk eshte ofertuar
- Eshte kerkuar “Mbajtëse për montimin e majës në dorezë” - nuk eshte ofertuar
- Eshte kerkuar “Çelës për montimin e majës.” - nuk eshte ofertuar
- Eshte kerkuar “Kuti sterilizimi për dorezën.” - nuk eshte ofertuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i suksesshëm:

1. O.E.S DISTRIMED SHPK

K31520054N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: **17,149,000 (shtatëmbëdhjetë milionë e njëqind e dyzet e nëntë mijë) Lekë pa TVSH**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra: **Nuk Aplikohet**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

DREJTORE E PËRGJITHSHME

Edlira BODE